

23. 06. 2020

Sp. 425  
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ :

Појашњење конкурсне документације  
- Хируршки конци ЈН бр.17/2020

Питање:

1. На страни 9 конкурсне документације као додатни услов за партију 2 наведено је следеће:

“...За ставке 7 и 8 у оквиру партије 2, да се приложене референце односе на добра чије карактеристике нису идентичне траженим али добро мора бити Polyglilic acid 910 са омотачем од Polyglactin 370 i Calcium stearate" са тензијом од мин 50% након 5 дана , 0% након 14 дана, а комплетно време ресорпције 42 дана”\_

Молим Вас за појашњење да ли је у питању техничка грешка у делу где се наводе ставке под бројем 7 и 8, с обзиром да се у Прилогу 3, на страни 6, под тачкама 11 и 12 налазе ставке различитих техничких карактеристика од осталих за које је тражена посебна референтна потврда?

Одговор :

У питању је техничка грешка!

Наиме, исправно је "за ставке 11 и 12 у оквиру партије 2", па ће наручилац кроз измену конкурсне документације исправити начињену техничку грешку на страни 9.

Комисија

