

САНДЖАКСКА БОЛНИЦА
"др Савко Савић"

20.05.2019

Бр. 302
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ :

Појашњење конкурсне документације
- Санитетски потрошни материјал ЈН бр.17/2019

Питања:

1. Молимо вас да за партију 5, ставку 1 прецизирате који ниво контроле квалитета је потребно да задовољавају прегледне рукавице?

2. Молимо Вас да везано за ЈН 17/2019, партија 52, Комплет црева за анестезију појасните кроз детаљнији опис какве комплете тражите да понуђачи понуде (дужина, додатна грана или не, ако да колике запремине...).

3. Партија 67- „Полипропиленски монофиламентни макропорозни ТОТ субуретрални слинг за "OUTSIDE-IN" или " INSIDE-OUT" технику, укупне дужине 460-480 mm, ширине 13 mm, дијаметра пора 500-1000 μm, глатких термокаутеризованих ивица, у паковању са два семициркуларна инструмента од нерђајућег челика за једнократну употребу, дијаметра 3 mm“ Да ли ћете прихватити као одговарајући ТОТ sling „Trake TOT (OUTSIDE-IN) 100% монофиламентна-полипропиленска транс-оптурапторна трака. Плетена 0,3 mm густине макропорозна, димензија 1,1 x 60 cm, промера поре 80 μm, величине поре 550 x 170 μm, 78 g / m² тежине, глатких ивица, еластицитета 7,5%, са хелицо инструментима“?

4. Молимо Вас за додатно појашњење и евентуалну измену за партију 64 - Потрошни материјал за апарат за загревање пацијента, јер се на основу спецификације не може закључити на који апарат се дата спецификација односи?

5. Молимо тендерску комисију да за партију 12 – Дренажа, промени захтев у вези достављања узорака, јер се достављањем узорака обесмишљава набавка обзиром која је количина тражена или макар да достављени узорци буду на реверс, односно враћени понуђачу.


6. Да ли је за наручиоца прихватљиво да за Партију 21, изврши измену тражених техничких карактеристика за иглене електроде за ЕМГ 0,45x38mm у 0,45x40mm, како би обезбедили да понуђачи доставе исправне понуде?

Одговори :

1. Потребно је да задовољи ниво квалитета AQL 1.0. Наручилац је приликом израде конкурсне документације испустио да наведе тражени ниво квалитета као код других ставки у оквиру партије 5, а што ће сада исправити кроз измену конкурсне документације бр.2.

2. За партију 52, наручиоцу су потребни комплети (сетови) црева за анестезију (партија 52), за једнократну употребу, за одрасле. Основни систем за дисање се састоји од 2 респираторна црева дужине 1,5м, балона за дисање и црева дужине 0,8м. Тражена комплет црева за анестезију ће кроз измену конкурсне документације бр.2 бити допуњена са наведеном спецификацијом.
3. Према потребама службе која ће користити наведени предмет набавке а која ради оба наведена приступа "OUTSIDE-IN" и " INSIDE-OUT", и којима је потребна већа ширина мрежице, није могуће прихватити понуђену спецификацију у горе наведеном питању, јер не задовољава тражене критеријуме. Наручилац остаје при првобитно дефинисаној конкурсној документацији и датој техничкој спецификацији за партију 67.
4. Наручиоцу је промакло да исправи дату напомену испод техничке спецификације за партију 64. Наиме у прошлом тендери је наручилац тражио потрошни материјал за загревање пацијената, али и да уз потрошни материјал понуђач да и апарат на коришћење. Међутим, како је у међувремену наручилац добио апарат у трајно власништво, даје се појашњење да је тражени потрошни материјал потребно доставити за апарат марке Mistral Air. Направљена грешка ће бити исправљена кроз измену конкурсне документације бр.2. , где ће у напомени бити прецизирano за који апарат треба понудити потрошни материјал за загревање пацијената.
5. Обзиром на указано и да је тражена количина дренажа само по 2 комада за обе ставке, комисија ће променити напомену за партију 12 и у измени конкурсне документације бр.2, изоставити достављање узорака, јер се из производничких каталога са сигурношћу може утврдити постојање тражених техничких карактеристика за добра у партији 12.
6. Наручилац је и требало да приликом израде конкурсне документације тражи иглене електроде 0,45x40мм, обзиром да је скренута пажња и раније, али је остала иста спецификација од прошлогодишњег тендера. Наручилац ће сада у измени конкурсне документације бр.2 то исправити и изменити техничку спецификацију за партију 21.

Комисија


Слободан Јовановић
Ивана Јовановић

