

ОПШТА БОЛНИЦА
"Др Алекса Савић"

15. 04. 2019

Бр. 201
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације
- Јавна набавка микробиолошког потрошног материјала, ЈН бр.21/2019

Понуђач је поставио следеће питање:

Молимо Вас за додатне информације у вези доле наведених ставки:
Партија бр. 5 ставка 2 да ли је прихватљиво понудити Петри посуде пречника 55 mm?

Одговор: За наручиоца ће бити прихватљива понуда и за петри шоље пречника 55 mm.



КОМИСИЈА

Милошевић

Ђукић

Погодоровић