

Opšta bolnica "Dr Alekса Savić" Prokuplje



Pasjačka br.2 ,
18 400 Prokuplje
 centrala 027/324-000
 načelnik fin sl.027/322-448

PIB 107442991
šifra delatnosti 8610
 direktor 027/321-087
 načelnik pravne sl. 027/322-440

matični broj 17825755
račun 840-843661-69
 faks 027/324-762

Datum: 27.06.2014.

Broj: 317

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације
- Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала, ЈН бр.16/2014

Поштовани,

Обавештавамо Вас следеће:

Понуђач је поставио следећа питања:

- У партији 3 – Реагенси и потрошни материјал за апарате Nyco-card Rider II, Mini Vidas i Sismex KX-21N 3 Part Diff, наведено је да је апарат Sismex KX-21N 3 Part Diff затвореног типа и да користи реагенсе затвореног типа, што сматрамао да није тачно, јер може лако да се провери на Web страницама производача.
Такође, за сва три наведена апарати у партији 3 стављени су реагенси који су различити и нису истоврсна добра за наведене апарате. У складу са тим предлаже се раздавање партије у три посебне партије.
Поред тога, ставке 22,23,24, нису истоврсна добра са ставкама 19,20,21 које користи апарат Sismex KX-21N 3 Part Diff те се предлаже раздавање у посебну партију.
Наведеним изменама би била омогућена конкурентност и онемогућила фаворизација само једног понуђача.
- За партију 8 – тестови за мануелни рад, аналајзер А-25 и латекс тестови, поставља се питање да ли је могуће понудити реагенсе билирубин директни и билирубин укупни као посебне реагенсе у посебним паковањима у траженим количинама и да ли ће таква понуда бити одбијена?
Такође у партији 8, под ставком 21 је наведен ФОБ тест. Наведени тест није истоврсно добро са осталим наведеним тестовима у оквиру ове партије, те се предлаже издвојити ову ставку у посебну партију.

Одговори на постављена питања:

centarp@open.telekom.rs ; bolnicaprokuplje@gmail.com
www.bolnicaprokuplje.com

- Наручилац је на основу документације коју поседује за наведене апарате у партији 3 уназад неколико година спроводио преговарачки поступак јер су сва три апарати затвореног система. Међутим, како је препорука Управе за јавне набавке да се иде на отворени поступак наручилац је тако и поступио. Наиме, и прошле године је на истоветан начин расписана наведена јавна набавка и није било никаквих примедби.
Напомињемо да су наведени апарати у власништву наручиоца и ми смо као здравствена установа секундарног типа и регионалног нивоа у законској обавези да пациентима пружимо најквалитетнију могућу здравствену заштиту, а да нам то омогућава само употреба реагенаса које препоручује произвођач апарат.
- С обзиром да су сва три апарати затвореног типа, партија је у складу са тим и формирана. На веб страници Sysmex-а никде не стоји да је предметни апарат "отворен" систем, односно да се на њему могу користити неоригинални-заменски реагенси и контроле.
- Само произвођач апарати исти може декларисати као отворен или затворен систем.
- Наручилац поседује изјаву производијача која потврђује да су сви Sysmex апарати (укључујући и модел KX-21) "затворен" систем.
- У изјави производијача стоји и навод да само уз истовремено коришћење Sysmex апаратса Sysmex софтвером, реагенсима, контролама и калибраторима, произвођач гарантује безбедност пацијената и следљиву техничку функционалност. Примена реагенса које није произвео Sysmex мења предвиђену употребу, можда и очекivanе резултате и свеукупно може да утиче крајње неповољно на спецификације анализатора.
- Нетачна је и тврђања да су ставке 22, 23. и 24. (контроле за апарат Sysmex KX-21), неистоврсне са ставкама 19, 20. и 21. (регенсими за наведени апарат). Контроле увек морају ићи у пару са реагенсима и апаратом (баш како и пише у Sysmex-овој изјави).
- Реагенси ништа не значе ако немају адекватан контролни материјал, којим се проверава валидност мерења са датим реагенсима, а посебно на хематолошким бројачима чији се квалитет рада на овај начин такође проверава.
- У складу са Законом о јавним набавкама, понуђач може понуду на тендру да да, осим самостално и као заједничку понуду или као понуду са подизвођачем.
- Што се тиче партије 8, наручилац је до сада набављао директни укупни билирубин у једном паковању и таква паковања има више понуђача у понуди што никако није фаворизација. Међутим, уколико понуђач поседује тражену апликацију за апарат A-25 који је у поседу наручиоца (није затворен систем), може понудити и у посебним паковањима укупни и директни билирубин.
- Тачна је тврђања да ставка 21 (ФОБ тест) у партији 8 није истоврсно добро са осталим тестовима у оквиру ове партије. Међутим, мала је много вредност потребног теста за годину дана да би се издавајао у посебну партију. С обзиром да у називу партије стоји "тестови" наручилац је и овај тест сврстао у ову партију. Како не би наведена ставка правила проблем понуђачима да доставе комплетну понуду, нарочолац ће је избацити и изменити конкурсну документацију.

С поштовањем

