



Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Pasjačka br.2
18 400 Prokuplje
☎ Контакт: 027/324 000
☎ Контакт: 027/322 448

PIB 107442991
Sifra delatnosti: 8610
☎ Сектор: 027/321 087
☎ Начelnik pravne sl. 027/322-440

матин. број 17 27 155
телеф. 840 843007 119
факс 027/314 73

ОПШТА БОЛНИЦА
"др Алекса Савић"

18. 02. 2016

48
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације
ПРОКУПЉЕ Имплантанти за кукове ЈН бр.13/2016

Понуђачи су поставили питања, а наручилац даје одговоре на иста:

- У циљу проширења конкуренције молимо Вас да нам одговорите да ли ћете прихватити понуду за Партије 1 и 3 у којој потенцијални понуђач понуди стем мат површине?
- **Наручилац је у конкурсној документацији захтевао високо полирани стем јер високо полирани стем „плива“ у цементу и самим тим је бољи за употребу. Мат стем је хрпавије површине и он нема „пливајућу“ особину, већ је чврсто фиксиран цементом. Међутим, наручиц ће у циљу транспарентности и конкурентности прихватити и понуду мат стема. Неопходно је да у колико понуђач да понуду за матирани стем и исти прође на тендеру, обавезно и благовремено обезбеди наручиоцу инструментаријум потребан за уградњу у истих.**
- У случају да је одговор на претходно питање негативан молимо Вас да нам појасните из ког медицинског разлога инсистирате на високо полираном материјалу од кога је стем израђен?
- Да ли је прихватљиво понудити за Партију 3, за ставку под редним бројем 2 биполарну капу разних величина спољашњих димензија са кораком од 2 мм?
- **Наручилац је у конкурсној документацији у Партији 3 за ставку под редним бројем 2 тражио Биартикуларна капа - разне величине спољашњег дијаметра на 1мм. Наручилац не прихвата понуду биполарне капе величине спољашњих димензија са кораком од 2 мм, јер приликом одређивања величине биолошка глава мора да се поклапа са величином биартикуларне капе и неприхватљиво је да то буде са кораком од 2 мм већ од 1 мм.**



Комисија
18.02.2016
Милошевић Ивана
Јована Тодоровић
Тодоровић Јована