



## Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Pasjačka br.2,  
18 400 Prokuplje  
☎ centrala 027/324-000  
☎ načelnik fin sl.027/322-448

PIB 107442991  
šifra delatnosti 8610  
☎ direktor 027/321-087  
☎ načelnik pravne sl. 027/322-440

matični broj 17825755  
račun 840-843661-69  
☎ faks 027/324-762

Datum:

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације  
- Јавна набавка санитетског потрошног материјала, ЈН бр.16/2015

Поштовани,

Обавештавамо Вас следеће:

Понуђачи су поставили питања

- 1.Трази се да гарантни рок понуђених добара мора да буде минимум годину дана од момента испоруке.С обзиром на то да многи од тражених потрошних материјала не подлаже гарантном року,као нпр партија 19-гелови и шампон за ЕЕГ,да ли се мозда мисли на рок трајања?
- 2.Да ли је дошло до грешке у називу партије 20-Електроде за ЕЕГ?Да ли се ради о игланим електродама за ЕМГ?Да ли је прихватљива димензија иглених електрода од0.46x37 цм?Тиме бисте омогућили већу конкуренцију,а не ради се о значајним одступањима?
- 3.У тендерској документацији се тражи банкарска гаранција за озбиљност понуде.Собзиром на то да има доста партија чија је процењена вредност испод 500.000,00 да ли би размотрили да се за мање вредности партија понуди меница као средство обезбеђења?
- 4.Да ли је непоходно доставити узорке и у случају да је понуђач већ имао уговор са наручиоцем за испоруку исте робе која се нуди?
- 5.За закључење уговора се тражи меница од 10 % а за озбиљност понуде банкарска гаранција која непотребно поскупљује понуду јер су појединачне партије мале вредности.Да ли је дозвољено понудити меницу за озбиљност понуде јер су поједине партије мале вредности?
- 6.Да ли је дозвољено понудити конце дужине 75cm у партијама где се тражи 70 cm?
- 7.За партију број 34,ставка2  
У ставци 2 су тражена средства за дезинфекцију подова и других површина на бази персерифетне киселине у гранулате.Да ли је прихватљива понуда истог средства у истом концентрату?

Наручилац даје следеће одговоре:

1. За она добра која имају гарантни рок се мисли на минимални гарантни рок од годину дана, а добра која имају рок употребе на минимум годину дана важећи рок употребе.

2. Наручилац је изменио конкурсну документацију због уочене техничке грешке код партије 20, Потребне су нам иглене електроде за ЕМГ апарат 0,45x38 мм а не за ЕЕГ апарат како је првобитно наведено. Наручилац прихвата димензије иглених електрода од 0,46x37мм

3. Банкарска гаранција је обавезни услов у тендерској документацији за све партије у понуди, без обзира на финансијску вредност партије.

4. Обавезно је достављање узорака за све понуђаче, па и за оне понуђаче са којима имамо уговор.

6. Дозвољено одступање за конце је +/- 5%, тако да конач од 75 цм се не може понудити.

7. Како наручилац у складу са чланом 10. ЗЈН, првенствено жели да обезбеди конкурентност, и наравно да добије што више понуда и самим тим добије најповољнију понуду, прихвата да се за партију 34 ставка 2 – средства за дезинфекцију подова и других површина на бази персирћетне киселине у гранулате прихвати понуда истог средства у тећном концентрату.

С поштовањем

Комисија  
за Јелена Штојковић