



## Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Pasjačka br. 2,  
18 400 Prokuplje

☎ centrala 027/324-000

☎ načelnik fin sl. 027/322-448

PIB 107442991

šifra delatnosti 8610

☎ direktor 027/321-087

☎ načelnik pravne sl. 027/322-440

matični broj 17825755

račun 840-843661-69

☎ faks 027/324-762

Datum: 03.08.2015.

Broj: 501

**ПРЕДМЕТ :** Појашњење конкурсне документације  
- Јавна набавка санитарског потрошног материјала, ЈН бр.16/2015

Понуђачи су поставили питања и наручилац даје одговоре на исте:

1. На страни 6. Конкурсне документације је наведено следеће :  
"Понуђач је у обавези да за сва понуђена добра достави каталог (или копију каталога) и узорке за понуђена добра. Достављени узорци и каталози изабраног понуђача неће бити враћани, већ ће служити наручиоцу као доказ о испоруци уговорених добара"  
Увидом у конкурсну документацију испод некох партијаје наведено у напомени следеће:  
" Да понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из каталога и узорака који ће бити достављени уз ову партију за све ставке ; Уколико понуђач не достави каталог и тражене узорке, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке)".  
А за неке следеће:  
"Да понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из каталога и узорака који ће бити достављени уз ову партију за све ставке ;  
Уколико понуђач не достави каталог и тражене узорке, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке)  
Океирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије"  
Потребно је ускладити конкурсну документацију и прецизирати у складу са чл.61.ст.1. и дефинисати за које партије је потребно доставити узорке, а за које не!

- **Наручилац ће у измени конкурсне документације променити на стр.6. горе поменути реченицу , тј. додати да је (наглашено у прилогу 3 конкурсне документације у напомени испод сваке партије за која добра треба доставити тражене доказе о усаглашености са техничком спецификацијом).  
Наиме, као што је речено у прилогу 3 конкурсне документације је испод сваке партије дата напомена и у њој објашњено за која добра треба доставити каталог и за која добра треба доставити узорке, јасно и прецизно.**
- 2. **"Да достављени узорци изабраног понуђача неће бити враћени, већ ће служити наручиоцу као доказ о испоруци уговорених добара"**  
Ово доводи до чињенице да узорци не требају наручиоцу приликом стручне оцене понуда, те није јасно зашто су услов приликом подношења понуда. Узорци који ће бити коришћени како се наводи "као доказ о испоруци уговорених добара" могу се тражити од изабраног понуђача, а не од свих понуђача.  
Уколико се наручилац определи да узорке користи приликом стручне оцене понуда, мора се прецизирати на који начин ће се вршити стручна оцена понуда и који критеријуми ће бити коришћени?
- **Наручилац је у конкурсној документацији навео у прилогу 3 конкурсне документације испод сваке партије у напомени за која добра треба доставити каталог и за која добра треба доставити узорке, јасно и прецизно.  
Наручилац је нагласио да узорке изабраног понуђача неће враћати из разлога контроле понуђене робе и даљег дистрибуирања исте за време трајања уговора. А остале узорке достављене у понудама, наручилац ће вратити.  
Узорци неће бити оцењивани, већ их наручилац тражи, као и каталог због усаглашавања техничких карактеристика понуђених добара са траженом техничком спецификацијом од стране наручиоца.**
- 3. Да ли каталози и друга пропратна документација која се доставља могу бити на енглеском језику или је неопходно да исти буду преведени на српски језик?
- **Наручилац ће у измени конкурсне документације променити на стр.6.реченицу где се тражи достављање каталога и појаснити да требају бити преведени на српски језик.**
- 4. На стр.39. конкурсне документације се захтева гарантни рок понуђених добара од минимум једне године од момента испоруке. Како је већина добара која се набавља санитарски и потрошни материјал предвиђен за једнократну употребу, треба ускладити конкурсну документацију са предметом јавне набавке.
- **Наручилац ће у измени конкурсне документације променити захтев у погледу гарантног рока и нагласити да рок употребе траженог добра мора бити минимум 1 годину од момента испоруке. Наиме, без обзира што су тражена добра већином за једнократну употребу, она морају имати употребни рок.**

5. Имајући у виду да је политика већине банака на територији Р.Србије да је минималан износ наведен на банкарским гаранцијама 5.000,00 динара и да су само трошкови издавања банкарских гаранција иницијално преко 10.000,00 динара, од наручиоца се захтева измена конкурсне документације у складу са чл.9.ср.2. ЗЈН.
- **Банкарска гаранција за озбиљност понуде је обавезан услов. Закон о јавним набавкама је предвидео и могућност подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачем, чиме би понуђачи могли испунити тражене захтеве од стране наручиоца, уколико сами нису у могућности да испуне тражене захтеве.**
6. У партији 25. – Вакум системи, под ст.9. спецификацијом је тражен микротајнер KF+Na2EDTA. Обзиром да је наведени микротајнер потребан за КС, гликемију и/или HbA1C, да ли је могуће понудити микротајнер NaF+K2EDTA обзиром да су намењени за поменуте анализе?
- **Наручилац захтева поменути микротајнер KF+Na2EDTA јер је он баш намењен за узорковање поменутих анализа због веће стабилности и давања поузданијих резултата.**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БОЛНИЦА  
ПРОКУПЉЕ  
Директор  
Снежана Арсић